

# Установка вакуумная предстерилизационной очистки

УВПО-50, ТУ 9451-001-96683541-2015

Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4634



#### Особенности:

- 15 видов обрабатываемых изделий
- Автоматический режим управления
- Надежность и ремонтпригодность
- Простота обслуживания
- Диагностика исправного состояния
- Контроль ключевых параметров
- Графический дисплей
- Легкость управления
- Отечественные средства ПСО

#### Применение:

- ЦСО,
  - реанимационные отделения,
  - операционные блоки
- Идеальна для обработки:
- Шлангов дыхательных контуров
  - Кислородных трубок
  - Капилляров
  - Катетеров
  - Шприцев Жанэ и др.



**Шуйский**  
электро-механический завод

ООО "Шуйский электро-механический завод"  
Российский производитель медицинского оборудования. Лицензия ФС-99-04-004240

Установка предназначена для предстерилизационной очистки в соответствии с ОСТ 42-21-2-85 и МУ-287-113 медицинских изделий из стекла, резины, пластмасс, металлов под действием струй воздуха с использованием средства предстерилизационной очистки. Соответствует ГОСТ Р 50444 и стандартам безопасности.



В комплекте поставляются принадлежности для обработки изделий различного вида.

Наименование параметра	Значение параметра
Вид климатического исполнения	УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150
Механические воздействия	группа 1 – стационарные по ГОСТ Р 50444
Классификация по безопасности	класс I, категории монтажа I ГОСТ 12.2.091
Класс зависимости от потенциального риска	2а по ГОСТ 31508
Электропитание	сеть 3-х фазного переменного тока (380±38)В
Водоснабжение	от водопроводов холодной, горячей и деминерализованной воды
Масса в полном комплекте поставки	не более 280 кг
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу <http://www.s-emf.ru>



**Шуйский**  
электро-механический завод

ООО "Шуйский электро-механический завод"  
Российский производитель медицинского оборудования. Лицензия ФС-99-04-004240